I DUAL COMFORT
Termometro Digitale Anatomico

Dual Comfort è il primo termometro Chicco specificatamente studiato per la **misurazione rettale e ascellare** nei bambini.
L'innovativa **forma anatomica** della sonda consente di effettuare una **misurazione confortevole, rapida e sicura** della temperatura.
⚠ Attenzione: leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso e conservale per ogni riferimento futuro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- **FORMA ANATOMICA** studiata per facilitare il corretto posizionamento del termometro sotto l'ascella ed evitare l'eccessivo inserimento della sonda se utilizzata in modalità rettale.
- **SONDA CORTA e FLESSIBILE:** consente una misurazione confortevole e sicura.
- **MULTI-LED 2 EN 1**: specifico per la misurazione rettale (15 secondi) e ascellare (1-2 minuti);
- **FEVER CHECK:** lettura semplice e intuitiva grazie alla barra led che cambia colore a seconda della temperatura rilevata e del sito di misurazione:

36°C	37°C	38°C	42°C	
RETTALE	Verde	Arancione	Rosso	
96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F	
36°C	371°C	38,0°C	42°C	
ASCELLARE	Verde	Arancione	Rosso	
96,8°F	98,8°C	100,4°C	107,6°F	

ALTRE CARATTERISTICHE
- Fever Alarm: segnale acustico per segnalare un possibile stato febbrile.
- Segnale acustico di fine misurazione
- Display digitale LCD
- Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti di inutilizzo
- Memorizzazione dell'ultima misurazione
- Batteria inclusa

⚠ **AVVERTENZE**
- Precedentemente al primo utilizzo e dopo ogni misurazione pulire e sterilizzare la sonda con acqua non bollente, imbevuto con opportune soluzioni disinfettanti.
- Non waterproof: non fare entrare acqua o altri liquidi nel termometro.
- Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare da solo neanche per un momento il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere ingeriti dal bambino.
- Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea.
- Proteggere il termometro dagli urti.
- Evitare di esporre il termometro a temperature superiori a 60 °C.
- In caso di dubbio o di rialzo della temperatura consultare il medico.
- Il termometro deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ad al riparo dalla luce solare diretta.
- Forti campi elettromagnetici potrebbero alterare il corretto funzionamento.

Per assicurarsi di misurare in modo corretto la temperatura segurie le seguenti istruzioni.

SELEZIONARE IL SITO DI MISURAZIONE
Per selezionare il sito di misurazione (rettale o ascellare) è necessario, prima di accendere il termometro, tenere premuto il pulsante di ON/OFF per circa 3 secondi fino a quando l'icona con il bambino non inizia a lampeggiare e viene emesso un segnale acustico. Rilasciare il pulsante e ripremerlo nei successivi 3 secondi per cambiare il sito di misurazione. Il sito di misurazione scelto viene visualizzato nel modo seguente:

ASCELLARE
Lampeggiano le braccia

RETTALE
Lampeggiano le gambe

Trascorsi 3 secondi il termometro avvia la procedura di autotest e si accende automaticamente.
NOTA: al primo utilizzo il sito impostato di default è quello ascellare. Una volta cambiato il sito di misurazione, la scelta viene memorizzata per le successive misurazioni. Per cambiare nuovamente il sito di misurazione è necessario ripetere l'operazione descritta in precedenza.

ACCENSIONE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Nota importante: al primo utilizzo è necessario rimuovere la pellicola protettiva della batteria. Per accendere il termometro premere il pulsante ON/OFF e attendere il segnale acustico indica che il termometro è acceso. Il display si accende ed effettua automaticamente un test per il corretto funzionamento di tutti i segmenti per circa 2 secondi tutti i simboli e contemporaneamente la barra led si illumina alternando i 3 colori (verde, arancione e rosso).
Una volta rilasciato il pulsante, il display visualizza la lettera "°C" e lampeggia l'icona con il bambino e il simbolo "°C (°F)" attende la misurazione.
Non sospendere la misurazione prima del segnale acustico. Per spegnere il termometro tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 2 secondi; nel caso il tasto non venga premuto a fine misurazione il termometro si spegnerà automaticamente dopo circa 3 minuti.

PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE
Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accurata rilevazione della temperatura.
Rilevazione rettale (particolarmente indicata per bambini e lattanti): inserire delicatamente il termometro per alcuni millimetri nel retto, avendo cura di tenere il bambino fermo e in posizione non supina. Se si incontra resistenza non forzare e interrompere immediatamente la misurazione. **Rilevazione ascellare:** assicurarsi che l'ascella sia asciutta. Collocare la punta del termometro sotto l'ascella e stringere il braccio contro il corpo in modo che il termometro risulti schiacciato. Se il termometro non è posizionato correttamente posizionare nuovamente ad un'alimentazio- ne di rete pubblica o a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici.

Emissioni RF CISPR1	Gruppo 1	Il termometro utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici vicini
Emissioni RF CISPR11	Classe B	Il termometro è adatto per l'uso in tutti i locali compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici

GARANZIA
Il termometro è garantito contro ogni difetto di fabbricazione, in normali condizioni di uso, secondo il previsto nel manuale di istruzioni, per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non sarà applicata in caso di danni derivanti da un utilizzo improprio. In caso di riparazione nel periodo di garanzia, inviare il termometro con relativa prova d'acquisto (scontrino) al distributore che si occuperà della riparazione o della sostituzione gratuita. La presente garanzia non conferisce all'acquirente nessun particolare diritto e non limita i diritti dell'acquirente possono variare da paese a paese o da stato a stato.

GB DUAL COMFORT
Anatomic Digital Thermometer

Dual Comfort is Chicco's first thermometer specifically designed to measure children's **rectal and axillary temperatures**. The innovative **anatomic shape** of the probe makes **taking temperatures quick, practical and safe.**
⚠ Warning: **please read the warnings and** instructions carefully and keep them for future reference.

MAIN FEATURES
- **ANATOMIC SHAPE:** Specifically designed to ensure the thermometer is positioned correctly during axillary readings and to prevent it from being inserted too far during rectal readings.
- **SHORT AND FLEXIBLE PROBE:** ensures safe and practical measurements every time.
- **2 IN 1 MULTIFUNCTIONTAL:** specifically designed to take rectal (15 seconds) and axillary (1-2 minutes) temperatures.
- **FEVER CHECK: The LED bar** makes it quick and easy to read as it changes colour according to the temperature range of the measurement:

36°C	37,6°C	38,5°C	42°C	
RECTAL	GREEN	ORANGE	RED	
96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F	
36°C	371°C	38°C	42°C	
AXILLARY	GREEN	ORANGE	RED	
96,8°F	98,8°C	100,4°C	107,6°F	

OTHER FEATURES
- Fever Alarm: Acoustic signal which warns that the child may have a fever
- Reading completed acoustic signal
- LCD Digital Display
- Automatic switch-off function after 3 minutes in idle mode
- Last reading storage function
- Battery included

⚠ **WARNINGS**
- Sanitise the probe with a soft cloth dipped in a suitable disinfectant before using the thermometer the first time and after every reading.
- Non waterproof: Do not allow water or other liquids to come into contact with the thermometer.
- It is not a toy. Store in a safe place out of children's reach. Never leave children unattended when taking their temperature. The thermometer contains small parts (batteries, etc.) that children can swallow.
- The thermometer is designed to take body temperature readings only.
- Protect the thermometer against impact.
- Do not expose the thermometer to temperatures of over 60 °C.
- If in doubt or if the child's temperature rises, contact your doctor.
- The thermometer must be kept in a dry place at room temperature and away from direct sources of heat protected from direct sunlight.
- Strong electromagnetic fields could affect the correct functioning of this product.

Follow the instructions below to make sure you take the temperature correctly.

SELECTING THE MEASUREMENT MODE
To select the temperature measurement mode (rectal or axillary), before switching on the thermometer, press and hold the ON/OFF button for about 3 seconds until the icon representing a child starts to blink and you hear a beep. Release the button and press it again within 3 seconds to change the reading mode. The selected measurement mode is displayed as follows:

AXILLARY
The arms blink

RECTAL
The legs blink

After 3 seconds, the thermometer runs its autotest function and switches on automatically.
NOTE: The first time the thermometer is switched on, it will start in axillary mode by default. Once the measurement mode has been changed, this mode will be stored in the memory and used the next time the thermometer is switched on. To change the measurement mode, simply repeat the above procedure.

SWITCHING ON THE THERMOMETER AND TAKING TEMPERATURES
Important note: Remember to remove the battery protection film before using the thermometer the first time. Press the ON/OFF button to switch the thermometer on; a short acoustic signal (beep) indicates that the thermometer is ON. The display will light up and automatically run its autotest function (displaying all the symbols for a couple of seconds; the LED bar will also display the 3 different colours in sequence (green, orange and red). Once you release the button, the letter "L" will appear on the display and the child will flash. The "°C (°F)" icon will start blinking; the thermometer is now ready for use and should immediately be positioned in the chosen site of measurement (rectal or axillary). Note: the word "err" will appear on the display and the thermometer will switch off automatically after about 3 minutes. It will also switched off manually by pressing and holding the ON/ OFF button for at least 2 seconds. The length of time needed to take a temperature reading depends on the site it is placed on the body (roughly 15 seconds for rectal readings and 1-2 minutes for axillary readings). You will hear a beep when the reading has been completed; at this point the LED bar will light up (for 10 seconds) and the °C (or °F)" icon will stop blinking. Do not remove the measurement reading process before you hear the beep. To switch off the thermometer, press and hold the ON/ OFF button for at least 2 seconds; if the button is not pressed after the temperature reading, the thermometer will automatically switch off after about 3 minutes.

ENSURING CORRECT AND ACCURATE READINGS
The correct positioning of the thermometer is essential to ensure accurate readings. **Rectal readings** (ideal for infants and children): Hold the child still, making sure he is NOT lying on his back, and gently slide the thermometer into the rectum by a few millimetres. If there is any form of resistance, do not force the thermometer in and interrupt the reading process immediately. **Axillary readings:** make sure the armpit is dry. Place the tip of the thermometer in the armpit and press the child's arm against the body so the thermometer fits snugly and firmly in place. If the thermometer is positioning incorrectly the reading could be lower than the actual temperature. If in doubt, repeat the measuring procedure. Remember that the internal body temperature is always slightly higher than the external temperature (by roughly 0.5° or 1.0°F).

CHANGING BETWEEN FAHRENHEIT AND CELSIUS SCALES
The thermometer can display temperature readings using either Celsius or Fahrenheit scales. To switch from one scale to another, make sure the thermometer is switched off, then press and hold the ON/OFF button for at least 6 seconds. At the end of this operation the unit of measure selected will be visible on the display. Release the button and press it again within 3 seconds to change the reading scale again. After 3 seconds, the thermometer runs its autotest function and switches off automatically.
NOTE: the first time the thermometer is switched on, it will start in Celsius mode by default. Once the reading scale mode has been changed, this mode will be stored in the memory and used the next time the thermometer is switched on. To change the reading scale mode, simply repeat the above procedure.

CONSULTING STORED READINGS
When the thermometer is switched on it will automatically run its autotest function; the last reading will be displayed for about 2 seconds together with the letters "M" and "°C (or °F)", the LED bar will light up displaying the colour of the last temperature reading and the screen reading mode.

REPLACING THE BATTERY
This thermometer runs on a CR1632 3V button cell battery. The battery used by this thermometer will allow you to take over 1,000 readings. When the battery runs out, the ⊠ symbol will appear on the display. The thermometer has a special safety system to protect battery compartment. To replace the battery: open the battery compartment by rotating the cover clockwise by 45°. Remove the spent battery and insert a new one with the "+" facing up. Close the battery compartment, rotating the cover counter clockwise by 45°. Dispose of old batteries in differentiated waste collection containers, following the instructions at the end of this manual; they are toxic if ingested.

CLEANING AND DISINFECTING
The thermometer can be cleaned using a wad of cotton wool soaked in alcohol or disinfectant. The thermometer is not waterproof and therefore must NOT be immersed in liquid. Never use abrasive detergents, solvents or benzene.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type: Thermometer designed to take body temperature readings
Temperature range:
34.0 °C - 42.9 °C (93.2°F-109.2°F)
Temp. Lower than 34.0° / 93.2°F: "L"
Temp. Higher than 42.9° / 109.2°F: "H"
Reading accuracy: +/- 0.1°C (0.2 °F)
Display:
Liquid crystal display (LCD). Minimum display unit 0.1°C (or 0.1°F).
Conditions of use:
Ambient temperature 10° ÷ 35°C (50°F ÷ 95°F).
Humidity rate from 15% to 85%.
Storage conditions:
Ambient temperature -25° ÷ +55° (-25,00° ÷ 55,00°).
Humidity rate from 15% to 85%.
Complies with MDD93/42/CEE and 2007/47/EC Standard requirements.
Complies with EN 12470-3:2000+A1:2009 Standard requirements
Clinical thermometers — part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

Applied parts: BF Type

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
This section provides specific information regarding product compliance with IEC 60601-1-2:2007. Standard requirements.

1. The thermometer has been designed in compliance with the Norms in force and has all the protection requisites of magnetic compatibility. However, it is necessary to adopt some precautions with regard to EMC, and fit and use the thermometer in compliance with the EMC information provided in the present document.
2. Portable and mobile radio frequency telecommunication equipment may influence the operation of the electromedical equipment. In the presence of electromagnetic disturbances, it is recommended to repeat the measuring of the temperature if the values obtained are doubtful.

Manufacturer's Guide and Declaration – Electromagnetic Emissions		
The thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the thermometer must ensure that the device is used in the recommended environment.		
Emission test	Conformity	Electromagnetic environment Guide
RF CISPR11 emissions	Group 1	The thermometer uses RF power only for internal operation. Its RF emissions are therefore very low and are unlikely to cause interferences to electronic equipment nearby.
RF CISPR11 emissions	Class B	The thermometer is suitable for use in every room or domestic environment, and in rooms directly connected to a low voltage public network powering buildings used for domestic purposes.

WARRANTY
This thermometer is guaranteed free of manufacturing faults, under normal conditions of use according to the manual instructions, for a period of two years from the date of purchase.
This guarantee does not apply to damage resulting from improper use. Should repair be needed within the warranty period, send the thermometer with the proof of purchase (receipt) to the retailer responsible for your distribution, who will repair it or replace it free of charge.
This warranty does not give the purchaser any particular legal rights; the rights of the purchaser may vary from country to country or state to state.

E DUAL COMFORT
Termómetro Digital Anatómico

Dual Comfort es el primer termómetro Chicco realizado específicamente para la **medición rectal** y axilar de la temperatura en los niños. La innovadora **forma anatómica** de la sonda permite realizar una **medición confortable, rápida y segura** de la temperatura.
⚠ Atención: leer detenidamente las advertencias y las instrucciones de uso y guardarlas para referencia futura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- **FORMA ANATÓMICA** estudiada para facilitar la colocación correcta del termómetro bajo la axila y evitar la excesiva inserción de la sonda cuando se utilice en modo rectal.
- **SONDA CORTA y FLEXIBLE:** permite una medición confortable y segura;
- **MULTI-USO 2 EN 1:** específico para la medición rectal (15 segundos) y axilar (1-2 minutos);
- **FEVER CHECK:** lectura sencilla e intuitiva gracias a la barra LED que cambia color según la temperatura detectada y el punto de medición:

36°C	37,6°C	38,5°C	42°C	
RECTAL	Verde	NARANJA	ROJO	
96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F	
36°C	371°C	38°C	42°C	
AXILAR	Verde	NARANJA	ROJO	
96,8°F	98,8°C	100,4°C	107,6°F	

OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Fever Alarm: señal acústica que indica un posible estado febril
- Señal acústica de fin de medición
- Display digital LCD
- Apagado automático después de aprox. 3 minutos sin utilizar
- Memorización de la última medición
- Batería incluida

⚠ **ADVERTENCIAS**
- Antes de utilizar por primera vez y después de medir cada vez, limpiar e higienizar la sonda con un paño humedecido y impregnado con especificas soluciones desinfectantes.
- Non-waterproof: no dejar que entren agua u otros líquidos en el termómetro.
- Mantener en un lugar seguro y alejado del alcance de los niños: no es un juguete. No dejar nunca solo al niño durante la medición de la temperatura. El termómetro contiene componentes pequeños (baterías, etc.) que pueden ser ingeridos por los niños.
- El termómetro sirve únicamente para medir la temperatura corporal.
- Proteger el termómetro de los impactos.
- Evitar exponer el termómetro a temperaturas superiores a 60°C.
- En caso de duda o aumento de la temperatura consultar a un médico.
- El termómetro debe guardarse a temperatura ambiente, en un lugar seco, lejos de las fuentes de calor y protegido de la luz directa del sol.
- Fuertes campos electromagnéticos pueden alterar su correcto funcionamiento.

Para realizar una correcta medición de la temperatura, observar las siguientes instrucciones.

SELECCIONAR EL PUNTO DE MEDICIÓN
Para seleccionar el punto de medición (rectal o axilar) es necesario, antes de encender el termómetro, mantener apretado el pulsador ON/OFF durante unos 3 segundos hasta que el icono del niño empiece a relampaguear y se emita una señal acústica. Soltar el botón y volver a apretarlo durante los siguientes 3 segundos para cambiar el sitio de medición. El sitio de medición elegido será visualizado de la forma a continuación:

AXILAR
Relampaguean los brazos

RECTAL
Relampaguean las piernas

Después de 3 segundos, el termómetro empieza el procedo de test automático y se enciende automáticamente.
NOTA: al utilizar por primera vez, el punto programado por defecto es la zona axilar. Al cambiar el punto de medición, la zona recién memorizada para las mediciones posteriores. Para volver a cambiar el punto de medición, es necesario repetir la operación descrita anteriormente.

LECTURA DE LA MEDICIÓN
Al encender el termómetro, después del proceso de test automático, la última medición realizada se visualizará durante 2 segundos con los símbolos "M" y "°C (o °F)" y la barra LED se iluminará según el rango apropiado de la temperatura medida anteriormente y al punto de medición elegido.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
El termómetro se alimenta a través de una batería de botón de 3V tipo CR1632. La batería utilizada para el termómetro permite realizar más de 1000 mediciones. Si la batería se ha agotado, la pantalla visualiza el símbolo ⊠. El termómetro posee una apertura de seguridad especial en el compartimento de la batería. Para sustituir la batería: abrir el compartimento de las baterías girando la tapa 45° a derecha. Extraer la batería gastada e introducir una nueva con el polo positivo "+" dirigido hacia arriba. Volver a cerrar la tapa del compartimento girándola 45° a izquierdas. Las baterías agotadas deben echarse a la basura de conformidad con las normas previstas para la recogida selectiva tal y como se indica en las instrucciones. Si ingeridas son tóxicas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El termómetro puede limpiarse con algodón humedecido con alcohol o soluciones desinfectantes. El termómetro no es resistente al agua, por tanto NO puede limpiarse por sumersión. No utilizar nunca detergentes abrasivos, solventes o benceno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo: Termómetro para medir la temperatura corporal
Intervalo de medición:
34.0 °C - 42.9 °C (93.2°F-109.2°F)
Temp. inferior a 34.0°C / 93.2°F: "L"
Temp. superior a 42.9°C / 109.2°F: "H"
Precisión de la medición: +/- 0.1°C (0.2 °F)
Pantalla: Pantalla LCD Unidad mínima de visualización 0.1°C (o 0.1°F).
Condiciones de uso:
Temperatura ambiente 10°C ÷ 35°C (50°F ÷ 95°F).
Humedad de 15% a 85%.
Condiciones de almacenaje:
Temperatura ambiente -25° ÷ +55°C (-13°F ÷ 131°F).
Humedad de 15% a 85%.
Conforme a la directiva MDD93/42/CEE y 2007/47/CE
Conforme a la norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termómetros clínicos — parte 3: termómetros eléctricos compactos (de comparación e extrapolación) con dispositivo de máxima.

Parte aplicada de tipo BF

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Esta sección contiene detalles específicos sobre la conformidad del producto con la norma IEC 60601-1-2:2007.

1. El termómetro está fabricado según las Normas vigentes y requisitos esenciales establecidos por las mismas en materia de protección por cuanto concierne a la compatibilidad electromagnética; en cualquier caso es necesario tomar precauciones particulares concernientes al EMC y debe ser instalado y puesto en servicio en conformidad con los requisitos EMC que contiene este documento.
2. los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles pueden influir en el funcionamiento del aparato electromédico. En presencia de interferencias electromagnéticas se aconseja repetir la medición de la temperatura si se obtienen valores dudosos.

Guía y declaración del constructor – emisiones electromagnéticas		
El termómetro ha sido desarrollado para funcionar en ambientes electromagnéticos que se especifican a continuación. El cliente o el usuario del termómetro deberá asegurarse de que el mismo se utilice en dichas condiciones.		
Prueba de emisión	Conformidad	Ambiente electromagnético guía
Emisiones RF CISPR11	Grupo 1	El Termómetro utiliza energía RF sólo para su funcionamiento interno. Por eso, sus emisiones RF son bajas y verosímilmente no causan ninguna interferencia en los aparatos electrónicos cercanos a él.
Emisiones RF CISPR11	Clase B	El termómetro es adecuado para el uso en todos los locales incluyendo los locales domésticos y los conectados directamente a una alimentación de red pública a baja tensión que alimente edificios utilizados para fines domésticos.

GARANTÍA
El termómetro está garantizado contra cualquier defecto de fabricación, en condiciones de uso normales, según lo previsto en el manual de instrucciones, por un periodo de dos años desde la fecha de compra. Esta garantía no será aplicada en caso de daños derivados de un uso inadecuado. En caso de reparación durante el periodo de garantía, enviar el termómetro con el documento de compra (ticket de probación de la compra (a entregar) al distribuidor que se ocupará de la reparación o de la sustitución gratuita. La presente garantía no confiere al comprador derechos de especial de naturaleza legal alguno. Los derechos del comprador pueden variar según el país o el estado.

P DUAL COMFORT
Termómetro Digital Anatómico

Dual Comfort é o primeiro termómetro Chicco especificamente estudado para a **medição rectal e axilar** nas crianças. A inovadora **forma anatómica** da sonda permite efectuar uma **medição confortável, rápida e segura** da temperatura.
⚠ Atenção: leia atentamente as advertências e as modalidades de utilização e conserve-as para consultas futuras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- **FORMA ANATÓMICA** estudada para facilitar o correcto posicionamento do termómetro debaixo da axila e evitar a excessiva introdução da sonda, se utilizado na modalidade rectal;
- **SONDA CURTA e FLEXÍVEL:** permite uma medição confortável e segura;
- **MULTI-LED 2 EN 1:** específico para a medição rectal (15 segundos) e axilar (1-2 minutos);
- **FEVER CHECK:** leitura simples e intuitiva, graças à barra led que muda de cor de acordo com a temperatura detectada e a zona de medição:

36°C	37,6°C	38,5°C	42°C	
RECTAL	Verde	LARANJA	VERMELHO	
96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F	
36°C	371°C	38°C	42°C	
AXILAR	Verde	LARANJA	VERMELHO	
96,8°F	98,8°C	100,4°C	107,6°F	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
- Fever Alarm: sinal acústico para indicar um possível estado febril
- Sinal acústico de fim de medição
- Visor digital LCD
- Desliga automaticamente após cerca de 3 minutos sem ser utilizado
- Memorização da última medição
- Pilha incluída

⚠ **ADVERTÊNCIAS**
- Antes da primeira utilização e depois de cada medição, limpe e desinfecte a sonda com um pano húmido, embebido em soluções adequadas para desinfetar.
- Não é à prova de água: não deixe entrar água ou outros líquidos no termómetro
- Mantenha o termómetro num local seguro e longe do alcance das crianças. Nunca deixe a criança sozinha durante a medição da temperatura.
- O termómetro contém pequenos componentes (pilhas, etc.) que podem ser engolidos pelas crianças.
- O termómetro serve exclusivamente para medir a temperatura corporal.
- Proteja o termómetro dos choques.
- Evite expor o termómetro a temperaturas superiores a 60 °C.
- Em caso de dúvida ou de subida da temperatura, consulte o médico.
- O termómetro deve ser conservado à temperatura ambiente, em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo da luz solar direta.
- Campos electromagnéticos fortes podem alterar o correcto funcionamento do termómetro.

Para garantir que mede correctamente a temperatura, siga as seguintes instruções.

SELECCIONAR A ZONA DE MEDIÇÃO
Para seleccionar a zona de medição (rectal ou axilar) é necessário, antes de ligar o termómetro, manter pressionado o botão ON/OFF durante cerca de 3 segundos até o ícone com a criança começar a piscar e ser emitido um sinal acústico. Solte o botão e pressione de novo, nos 3 segundos seguintes, para mudar a zona de medição. A zona de medição escolhida é visualizada da seguinte forma

AXILAR
Piscam os braços

RECTAL
Piscam as pernas

Passados 3 segundos, o termómetro inicia o auto-teste e liga automaticamente.
NOTA: na primeira utilização, a zona definida por defeito é a axilar. Uma vez alterada a zona de medição, a escolha é memorizada para as medições seguintes. Para alterar de novo, é necessário repetir a operação descrita anteriormente.

LIGAÇÃO E MEDIÇÃO DA TEMPERATURA
Nota importante: na primeira utilização é necessário remover a película protetora da bateria.
Para ligar o termómetro, pressione o botão ON/OFF; um breve sinal acústico indica que o termómetro está ligado. O visor acende e executa automaticamente um teste ao seu correcto funcionamento mostrando, durante cerca de 2 segundos, todos os símbolos e, simultaneamente, a barra led ilumina-se, alternando as 3 cores (verde, laranja e vermelho). Após soltar o botão, o visor mostra a letra "L" e piscam o ícone com a criança e o símbolo "°C (ou °F)"; a partir deste momento, o termómetro inicia a espera. Não suspenda a medição antes do sinal acústico; o termómetro desliga automaticamente após cerca de 1 minuto se não for desligado manualmente pressionando o botão ON/OFF durante, pelo menos, 2 segundos.
A duração da medição varia conforme a zona do corpo onde é medida a temperatura (cerca de 15 segundos por via rectal e 1-2 minutos sob a axila). Um sinal acústico indica o fim da medição, a barra led ilumina-se (durante 10 segundos) e o símbolo "°C (ou °F)" deixa de piscar. Não interrompa a medição antes de ouvir o sinal acústico.
Para desligar o termómetro, pressione o botão ON/OFF durante, pelo menos, 2 segundos; se o botão não for pressionado no final da medição, o termómetro desliga automaticamente após cerca de 3 minutos.

PARA UMA CORRECTA MEDIÇÃO
O correcto posicionamento do termómetro é fundamental para uma medição precisa da temperatura.
Medição rectal (especialmente apta para bebés e lactentes): introduza delicadamente o termómetro alguns milímetros no recto, evitando o uso de manter a criança quieta e nunca de barriga para cima. Se encontrar resistência, não force e interrompa imediatamente a medição.
Medição axilar: verifique se a axila está seca. Coloque a ponta do termómetro sob a axila e aperte o braço contra o corpo, de forma que o termómetro fique bem seguro. Se o termómetro não estiver colocado correctamente, poderão ser registadas temperaturas inferiores à real. Se tiver dúvida, repita a medição. Lembre-se de que a temperatura corporal interna é sempre ligeiramente superior à externa (cerca de 0.5 °C ou 1.0 °F).

SELECÇÃO DA ESCALA °C/°F
O termómetro pode medir a temperatura tanto em graus Celsius como Fahrenheit. Para mudar de uma escala para outra, com o termómetro desligado, pressione o botão de ligar/desligar durante, pelo menos, 6 segundos. No final da operação, surgirá no visor a unidade de medida seleccionada. Liberte o botão e pressione de novo nos 3 segundos seguintes, para mudar a zona de medição. Passados 3 segundos, o termómetro inicia o auto-teste e liga automaticamente.
NOTA: na primeira utilização, a escala definida por defeito é a de Celsius. Uma vez alterada a escala de medição, a escolha é memorizada e nas medições seguintes. Para alterar de novo, é necessário repetir a operação descrita anteriormente.

LEITURA DA MEMÓRIA
Uma vez ligado o termómetro, depois do auto-teste, a última medição efectuada é visualizada durante cerca de dois segundos, acompanhada pelos símbolos "M" e "°C (ou °F)" e a barra led ilumina-se na cor correspondente à temperatura anteriormente registada e à zona de medição escolhida.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA
O termómetro é alimentado por uma pilha botão de 3V tipo CR1632. A pilha utilizada pelo termómetro permite realizar mais de 1.000 medições. Se a pilha estiver sem carga, surge no visor o símbolo ⊠ O termómetro possui uma abertura especial de segurança do compartimento da pilha.
Para substituir a pilha: abra o compartimento da pilha, rodando a tampa 45° no sentido dos ponteiros do relógio. Retire a pilha gasta e introduza uma nova, com o pólo positivo "+" virado para cima. Feche de novo a tampa do compartimento, rodando-a 45° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
As pilhas gastas devem ser colocadas nos contentores próprios para a reciclha diferenciada, de acordo com as indicações referidas no final destas instruções. Se ingeridas, são tóxicas.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Pode limpar o termómetro com um pedaço de algodão embebido em álcool ou numa solução desinfectante. O termómetro não é à prova de água, por isso NÃO pode ser lavado por imersão.
Nunca utilize detergentes abrasivos, solventes ou benzeno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo: Termómetro para medição da temperatura corporal
Intervalo de medição:
34.0 °C - 42.9 °C (93.2°F-109.2°F)
Temp. inferior a 34.0°C / 93.2°F: "L"
Temp. superior a 42.9°C / 109.2°F: "H"
Precisão da medição: +/- 0.1°C (0.2 °F)
Visor:
Visor de cristais líquidos (LCD)
Unidade mínima de visualização 0.1°C (ou 0.1°F).
Condições de utilização:
Temperatura ambiente 10°C ÷ 35°C (50°F ÷ 95°F).
Humidade de 15% a 85%.
Condições de conservação:
Temperatura ambiente -25° ÷ +55°C (-13°F ÷ 131°F).
Humidade de 15% a 85%.
Conforme com a directiva MDD93/42/CEE e 2007/47/CE
Em conformidade com a norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termómetros clínicos — parte 3: Desempenho dos termómetros eléctricos compactos (de comparação e extrapolação) com dispositivo de máxima

Parte aplicada de tipo BF

COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA
Esta secção contém informações específicas relativas à conformidade do produto com a norma IEC 60601-1-2:2007.

1. Este termómetro foi produzido segundo as normas em vigor e respeita todos os requisitos em matéria de protecção relativamente à compatibilidade electromagnética; em todo o caso, é necessário tomar precauções especiais relativas à compatibilidade electromagnética e instalar e utilizar o termómetro em conformidade com as indicações relativas à compatibilidade electromagnética contidas neste documento.
2. Os aparelhos móveis comunicação portáteis e móveis podem interferir com o funcionamento deste aparelho. Em presença de interferências electromagnéticas, aconselhável repetir a medição. Relacher le bouton et appuyer de nouveau dans les 3 secondes suivantes pour changer de mesure de la température. La technique de mesure choisie est affichée de la façon suivante :

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas		
O termómetro foi estudado para funcionar no ambiente electromagnético abaixo indicado. O cliente ou o utente deve certificar-se de que o termómetro é utilizado no referido ambiente.		
Prova de emissão	Conformidade	Ambiente electromagnético guia
Emissões RF CISPR11	Grupo 1	O Termómetro utiliza energia RF exclusivamente para o seu funcionamento interno. Por isso as suas emissões RF são muito baixas e verosimilmente não causam interferência alguma nos aparelhos electrónicos existentes nas proximidades.
Emissões RF CISPR11	Classe B	Este termómetro é adequado para a utilização em todos os locais (públicos) directamente à rede de alimentação eléctrica pública de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.

GARANTIA
O termómetro tem garantia contra todos os defeitos de fabrico, em condições normais de uso, segundo o previsto no manual de instruções, por um período de dois anos a partir da data de aquisição.
Esta garantia não será aplicada em caso de danos provocados por utilização imprópria. Em caso de reparação no período de garantia, envie o termómetro com a respectiva prova de compra (para apresentar) ao distribuidor, que tratará da reparação ou da substituição gratuita.
A presente garantia não confere ao comprador nenhum direito particular de natureza legal. Os direitos do comprador podem variar de região para região ou de país para país.

F DUAL COMFORT
Thermomètre Numérique Anatomique

Dual Comfort est le premier thermomètre Chicco étudié spécifiquement pour la **mesure rectale et axillaire** de la température chez les enfants. La **forme anatomique** innovante de la sonde permet de **mesurer confortablement, rapidement et sûrement** la température
⚠ Attention : lire attentivement les avertissements et le mode d'emploi et les conserver pour toute référence future.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- **FORME ANATOMIQUE** étudiée pour faciliter le positionnement correct du thermomètre sous l'aisselle et éviter de trop enfoncer la sonde en cas d'utilisation rectale ;
- **SONDE COURTE et FLEXIBLE** : qui permet une mesure confortable et sûre ;
- **MULTI-USAGE 2 EN 1** : spécifique pour la mesure rectale (15 secondes) et axillaire (1-2 minutes) ;
- **FEVER CHECK** : lecture simple et intuitive grâce à la barre led qui change de couleur en fonction de la température mesurée et de la technique de mesure :

36°C	37,6°C	38,5°C	42°C	
RECTAL	VERTE	ORANGE	ROUGE	
96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F	
36°C	371°C	38,5°C	42°C	
AXILLAIRE	VERTE	ORANGE	ROUGE	
96,8°F	98,8°C	100,4°C	107,6°F	

AUTRES CARACTERISTIQUES
- Fever Alarm : signal acoustique permettant de signaler un éventuel état fébrile
- Signal acoustique de fin de mesure
- Affichage numérique LCD
- Extinction automatique au bout d'environ 3 minutes d'inutilisation
- Mémorisation de la dernière mesure
- Pile incluse

⚠ **AVERTISSEMENTS**
- Avant la première utilisation et après chaque mesure, nettoyer et désinfecter la sonde avec un chiffon humide, imbibé de solutions désinfectantes adaptées.
- Le thermomètre n'est pas résistant à l'eau : ne pas faire entrer d'eau ou d'autres liquides dans le thermomètre
- Conserver le thermomètre dans un endroit sûr et loin de la portée des enfants ; ce n'est pas un jouet. Ne jamais laisser un enfant seul pendant la mesure de la température. Le thermomètre contient de petits éléments (piles, etc.) qui peuvent être avalés par les enfants.
- Le thermomètre sert exclusivement à mesurer la température corporelle.
- Protéger le thermomètre contre les chocs.
- Eviter d'exposer le thermomètre à des températures supérieures à 60 °C.
- En cas de doutes ou de hausse de la température, consulter le médecin.
- Le thermomètre doit être conservé à température ambiante, dans un endroit sec, loin de sources de chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleu.
- De forts champs électromagnétiques pourraient altérer le fonctionnement du thermomètre.

Pour s'assurer de bien prendre la température, suivre les instructions ci-après.

SELECTIONNER LA TECHNIQUE DE MESURE
Pour sélectionner

Entspricht der Richtlinie MDD93/42/EWG und 2007/47/EG

Konform mit der Norm EN 12470-3:2000+A1:2009

Medizinische Thermometer – Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompaktthermometer mit Maximumvorrichtung

Anwendungstest vom Typ BF

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Dieser Abschnitt enthält spezifische Informationen hinsichtlich der Übereinstimmung des Produkts mit der Norm IEC 60601-1-2:2007.

1. Das nach den geltenden Normen hergestellte Thermometer hält alle Anforderungen auf dem Gebiet des Schutzes vor, was die elektromagnetische Kompatibilität betrifft; es besteht aber die Notwendigkeit besonderer Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und es muss in Übereinstimmung mit den in diesem Dokument enthaltenen EMK-Informationen installiert und in Betrieb gesetzt werden.

2. Tragbare und bewegliche Funkverkehrgeräte können den Betrieb des elektromedizinischen Gerätes beeinflussen.

Bei elektromagnetischen Störungen sollte die Temperaturmessung in dem Fall wiederholt werden, in dem zweifelhafte Werte auftreten.

Anleitung und Erklärung des Herstellers – elektromagnetische Emissionen

Das Thermometer ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Thermometers sollte sich vergewissern, dass in dieser Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung Richtlinie
RF-Emissionen CISPR11	Gruppe 1	Das Digitale Kinder-Thermometer Express Chicco verwendet die Energie nur für seinen internen Betrieb. RF-Energie-Emissionen sind sehr niedrig und eine Störung nahe stehender elektronischen Geräten kaum wahrscheinlich
RF-Emissionen CISPR11	Klasse B	Das Thermometer eignet sich für den Gebrauch in allen Räumen einschließlich Wohnräumen und denjenigen, die direkt an eine öffentliche Netzversorgung mit Niedrigspannung angeschlossen sind, die Wohngebäude versorgt.

GARANTIE

Der Hersteller gewährt ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler unter normalen, in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Verwendungsbedingungen. Diese Garantie ist die einzige Garantie findet bei unsachgemäßem Gebrauch keine Anwendung. Im Fall einer Reparatur während der Garantiezeit ist das Thermometer an den Kundendienst (vorzuzeigenden) Kaufbeleg an den Händler zu senden, der sich um die kostenlose Reparatur oder den Ersatz kümmern wird. Die vorliegende Garantie erteilt dem Käufer keine besonderen Rechtsansprüche. Die Rechte des Käufers können von Land zu Land oder von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

DUAL COMFORT

Anatomische digitale Thermometer

Dual Comfort is de eerste Chicco thermometer, die speciaal is ontwikkeld voor **eerste temperatuurmeting en meting onder de oksel** bij kinderen. Door de innovatieve **anatomische vorm** van de sensor kan het niet alleen worden gebruikt voor **gemakkelijk, snel en veilig** worden gemeten.

Let op: lees de waarschuwingen en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar ze in een later te kunnen raadplegen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **ANATOMISCHE VORM** ontwikkeld om de thermometer goed onder de oksel te plaatsen en te voorkomen dat de sensor te ver wordt ingestoken bij rectale meting;
- **KORTE en FLEXIBELE SENSOR:** hiermee kan de temperatuur gemakkelijk en veilig gemeten worden;
- **MULTIFUNCTIONEEL 2 IN 1:** voorziet in rectale meting (15 seconden) en meting onder de oksel (1-2 minuten);
- **FEVER CHECK:** eenvoudige en intuitieve aflezing, dankzij de led-staaf, die al naar gelang de gemeten temperatuur en de meetplaats van kleur verandert:

	36°C	37,6°C	38,5°C	42°C
RECTAAL	GROEN	ORANJE	ROOD	
	96,8°F	99,7°C	101,3°C	107,6°F
	36°C	37,1°C	38°C	42°C
ONDER DE OKSEL	GROEN	ORANJE	ROOD	
	96,8°C	98,8°C	100,4°C	107,6°F

ANDERE KENMERKEN

- Fever Alarm: geluidssignaal om mogelijke koorts te signaleren
- Geluidssignaal einde meting
- Digitaal LCD display
- Automatische uitschakeling na ongeveer 3 minuten, waarin de thermometer niet wordt gebruikt
- Slaat de laatste meting op
- Inclusief batterij

WAARSCHUWINGEN

- Reinig en steriliseer de sensor voor de eerste en na iedere verdere meting met een vochtig doekje bevochtigd met een geschikte desinfectans.
- Niet waterproof: zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de thermometer komen.
- Op een kind van minder dan twee jaar het bereik van kinderen bewaren, het is geen speelgoed. Laat het kind nooit alleen tijdens het opnemen van de temperatuur.
- De thermometer bevat kleine onderdelen (batterijen, enz.), die door kinderen ingeslikt kunnen worden.
- De thermometer is alleen bestemd voor het meten van de lichaamstemperatuur.
- Stel de thermometer niet bloot aan hoge temperaturen dan 60°C.
- Handleiding niet als in geval van twijfel of als de temperatuur verhoogd is.
- De thermometer moet op kamertemperatuur op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen direct zonlicht worden bewaard.
- Sterke elektromagnetische velden kunnen de goede werking ervan aantasten.

Volg voor een goede meting van de temperatuur de volgende instructies:

KIES DE MEETPLAATS

Om de meetplaats (rectaal of onder de oksel) te kiezen, moet u de ON/OFF knop, voordat u de thermometer inschakelt, naar de gewenste plaats bewegen. Houd tot de icoon met het kind begint te knipperen en een geluidssignaal klinkt. Op dit moment is het mogelijk om de volgende 3 seconden weer op om van meetplaats te veranderen. De meetplaats wordt op de volgende manier aangegeven:

ONDER DE OKSEL	**RECTAAL**
De armen knijperen	De benen knijperen

Na 3 seconden start de thermometer de zelftest-procedure en verricht automatisch een test.

OPMERKING: bij het eerste gebruik is de deklaft ingesteld de plaats die onder de oksel. As de meetplaats eenmaal is gewijzigd, wordt de keuze voor de volgende metingen in het geheugen opgeslagen. Om nogmaals van meetplaats te veranderen, moet de voorheen beschreven handeling worden herhaald.

Toegepast gedeelte van het type BF

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Dit gedeelte bevat specifieke informatie betreffende de conformiteit van het product met de norm IEC 60601-1-2:2007.

1. De thermometer is vervaardigd volgens de geldende voorschriften en neemt alle veiligheidsmaatregelen in acht met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit bereikt. Het is echter noodzakelijk om bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen betreffende de EMC, en hij moet geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld overeenkomstig de EMC informaties in dit document.

2. Draagbare en mobiele apparatuur voor radiocommunicatie kunnen de werking van elektromedische apparatuur beïnvloeden. Bij elektromagnetische storingen is het raadzaam de temperatuurmeting te herhalen als de waarden twijfelachtig zijn.

Gids en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies

De thermometer is bedoeld om in de volgens beschreven elektromagnetische omgeving te werken. De klant of gebruiker van de thermometer moet zich ervan verzekeren dat hij in deze omgeving wordt gebruikt.

Emissietest	Conformiteit	Elektromagnetis-che omgeving gids
RF emissies CISPR11	Groep 1	De thermometer gebruikt alleen RF energie voor de interne werking. De RF emissies zijn dus erg laag en storen de zich in de buurt bevindende elektronische apparatuur naar alle waarschijnlijkheid niet.
RF emissies CISPR11	Klasse B	De thermometer is geschikt om in alle ruimtes te worden gebruikt, inclusief woonruimtes en ruimtes die rechtstreeks in verband staan met een voeding met een laagspanning voor voorzie-ning van het lichtnet, voor gebouwen die worden gebruikt om erin te wonen.

GARANTIE

De thermometer is onder normale gebruiksomstandigheden, volgens de handleiding, gegarandeerd vrij van fabricagefouten voor een periode van twee jaar na datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing bij schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik. In geval van reparatie tijdens de garantieperiode stuurt u de thermometer samen met het aankoopbewijs (dat getoond moet worden bij de verkoper), dat de verkoper gratis zal vervangen of zorgt. Deze garantie geeft de koper geen bijzondere juridische rechten. De rechten van de koper kunnen van land tot land of van staat tot staat verschillen.

DUAL COMFORT

Ανατομικό Ψηφιακό Θερμόμετρο

Dual Comfort είναι το πρώτο θερμόμετρο Chicco, το οποίο έχει μελετηθεί ειδικά για την μέτρηση της συχνότητας θερμοκρασίας των παιδιών διά της πρωτικτικής και μέτρησης στο μασχαλιαίο βόθρο. Η καινοτόμος συμπαγή μορφή του αισθητήρα του, επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας όχι μόνο εύκολης, αλλά και ασφαλούς μέτρησης της θερμοκρασίας.

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τον τρόπο χρήσης και τις προειδοποιήσεις και φυλάξτε τις για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** έχει μελετηθεί για την διευκόλυνση της σωστής τοποθέτησης του θερμομέτρου κάτω από τη μασχάλη και την αποφυγή της υπερβολικής εισαγωγής του αισθητήρα, όταν χρησιμοποιείται δια της πρωκτικής οδού.
- **ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ:** επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή μέτρηση.
- **ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 2 ΣΕ 1:** επιλογή για την μέτρηση δια της πρωκτικής (15 δευτερόλεπτα) και μασχαλιαίας (1-2 λεπτά) οδού.
- **FEVER CHECK:** απλή και εύκολη ανάγνωση χάρη στην μπάρα led, η οποία αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θερμοκρασία που μετρήθηκε και το σημείο μέτρησης:

	36°C	37,6°C	38,5°C	42°C
ΠΡΩΚΤΙΚΗ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΚΟΚΚΙΝΟ	
	96,8°C	99,7°C	101,3°C	107,6°F
	36°C	37,1°C	38°C	42°C
ΜΑΣΧΑΛΙΑ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΚΟΚΚΙΝΟ	
	96,8°C	98,8°C	100,4°C	107,6°F

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Fever Alarm: ηχητικό σήμα για την ειδοποίηση ενδεχόμενου πυρετού.
- Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης.
- Ψηφιακή οθόνη LCD.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 περίπου λεπτά αδράνειας.
- Αποθήκευση στη μνήμη της τελευταίας μέτρησης.
- Περιλαμβάνονται μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν από τη πρώτη χρήση και μετά από κάθε μέτρηση, καθαρίστε τον αισθητήρα με μαλακό πανάκι που έχει υγρανθεί με κάποιο κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα.
- Μην κατεργοεί: μην επιτρέψετε την εισαγωγή νερού ή άλλων υγρών στο θερμόμετρο.
- Να το κρατάτε σε απόσταση μέρος και μακριά από τα παιδιά γιατί δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ μόνο το παιδί κατά τη διάρκεια μέτρησης της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο περιέχει μικρά τεμάχια (μπαταρίες, κλπ.) τα οποία θα μπορούσαν να καταποθούν από τα παιδιά.
- Το θερμόμετρο χρησιμεύει αποκλειστικά για τη μέτρηση της σωματικής θερμοκρασίας.
- Προστατέψτε το θερμόμετρο από τη χτυπήματα.
- Αποφεύγετε να εκθέτετε το θερμόμετρο σε θερμοκρασίες πάνω από 60°C.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας ή συνόδου της θερμοκρασίας σε συμβουλεύεστε τον γιατρό.
- Το θερμόμετρο πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε στεγνό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως και δεν πρέπει να υπάρχει ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Η για βιβλιοθήκη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση αμφιβολίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για να επιλέξετε το σημείο μέτρησης (πρωκτικής ή μασχαλιαίας) απο απαραίτητης, πριν ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο, να κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο ON/OFF για 3 περίπου δευτερόλεπτα, έως ότου η εικόνα με το παιδάκι να αρχίσει να αναβοσβήνει και να μεταδίδεται ένα ηχητικό σήμα.

Κατόπιν, αφήστε το πλήκτρο και πιέστε το ξανά στο επόμενο 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε το σημείο μέτρησης. Το επιλεγμένο σημείο μέτρησης εμφανίζεται ως ακολούθως:

ΜΑΣΧΑΛΙΑΚΗ Αναβοσβήνουν τα χέρια	**ΠΡΩΚΤΙΚΗ** Αναβοσβήνουν τα πόδια

Μόλις περάσουν 3 δευτερόλεπτα το θερμόμετρο ξεκινάνη τη διαδικασία της αυτοδιάγνωσης και πραγματοποιεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη πρώτη χρήση, το σημαντικής σημείο του δεν έχει επιλεγεί άλλη η μασχάλη. Μετά την αλλαγή του σημείου μέτρησης, η επιλογή αποθηκεύεται στην μνήμη για τις επόμενες μετρήσεις. Για αλλαγή του σημείου μέτρησης, είναι αναγκαίο να επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Σημαντική! σημειώστε κατά τη πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να ακριβαστεί την προστατευτική μεμβράνη της μπαταρίας, η οποία βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Για σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί ότι το θερμόμετρο είναι ενεργοποιημένο. Η οθόνη ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και θα δείξει μια τιμή καθώς το θερμόμετρο ελέγχει τις εγκυρότητας. Η οθόνη αποκαλύπτει το τρόπο ΣΤ. Αναβοσβήνουν και το παιδάκι για να σας ειδοποιήσει ότι η ΣΤ. Από αυτή τη στιγμή και μετά το θερμόμετρο είναι έτοιμο για μέτρηση, επομένως είναι απαραίτητο να το τοποθετήσετε αμέσως γενικά στο σημείο που έχετε επιλέξει. Η γενική για ακρίβεια τότε τις συσκευάτε για σφάλμα εμφανίζεται το μήνυμα "err" και το θερμόμετρο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ένδειξη αυτή μπορεί να οφείλεται σε μια από τις παρακάτω αιτίες:

- Η διάρκεια της μέτρησης διαρκέσει ανάλογα με το σημείο του σώματος όπου γίνεται η μέτρηση (15 πρώτου δευτερόλεπτα για τις πρωκτικής οδού και 1-2 λεπτά κάτω από τη μασχάλη). Ένα τηχητικό σήμα σας ειδοποιεί ότι η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί, η μπάρα led φωτίζεται (για 10 δευτερόλεπτα) και το σύμβολο °C ή °F. Από αυτή τη στιγμή και μετά το θερμόμετρο είναι έτοιμο για αναβοσβήσης. Μην διακόψετε την μέτρηση πριν από το ηχητικό σήμα.

Για να απενεργοποιήσετε το θερμόμετρο κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ON/OFF για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν πιέστε το πλήκτρο μετά το τέλος της μέτρησης, το θερμόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 περίπου λεπτά.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Η σωστή τοποθέτηση του θερμόμετρου είναι βασικής σημασίας για την σχέση μέτρησης της θερμοκρασίας.

Πρωκτική μέτρηση (ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για μικρά παιδιά και δηλάδονται βρέφη): εισάγετε απαλά το θερμόμετρο στον πρωκτό σε βάθος μερικών χιλιοστών, κρατώντας το μωρό ακίνητο και σε μη ύπτια θέση. Αν συναντήσετε αντίσταση μην πιέζετε και διακόψτε αμέσως τη μέτρηση. Κατ' της πρωκτικής οδού το θερμόμετρο δεν πρέπει να είναι στεγνό. Τοποθετήστε το στο άκρο του θερμομέτρου κάτω από τη μασχάλη και αφήστε το μερικών πάνω στο σώμα έτσι ώστε το θερμόμετρο να βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα. Το θερμόμετρο δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να μετρήσει θερμοκρασία χαμηλότερη από την πραγματική. Βεβαιωθείτε ότι η ευαίσθητη συμπαγή θερμοκρασία είναι πάντα ελαφρώς σκύπτει από την ελαστική μασχάλη (2 ή 1,5 °C).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ °C/°F

Το θερμόμετρο μπορεί να μετρά την θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Για να περάσετε από την μια κλίμακα στην άλλη, όταν το θερμόμετρο είναι απενεργοποιημένο, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα περίπου. Στο τέλος της ενέργειας αυτής, θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη μονάδα μέτρησης. Αφήστε το πλήκτρο και πιέστε το ξανά στο επόμενο 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε την κλίμακα μέτρησης. Μόλις περάσουν 3 δευτερόλεπτα η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη πρώτη χρήση, η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε βαθμούς Κελσίου. Κατόπιν, η επιλογή αποθηκεύεται στην μνήμη για τις επόμενες μετρήσεις. Για αλλαγή της κλίμακας μέτρησης, είναι αναγκαίο να επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αφού ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο, μετά την διαδικασία αυτοδιάγνωσης και μόλις μετρηση που πραγματοποιηθεί αποκαλύπτεται για δύο περίπου δευτερόλεπτα, συνοδευόμενη από ένα ηχητικό σήμα. Το σ ή °F και η απάρα δεδ εμπλέτεται με το χρώμα που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία που πραγματοποιήσε μετρήθηκε και με το σημείο της πραγματοποίησης μετρήσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το θερμόμετρο τροφοδοτείται από μία μπαταρία κουμπί 3V τύπου CR1632. Η μπαταρία που χρησιμοποιείται από το θερμόμετρο έχει μια μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που το θερμόμετρο δεν ανταποκρίνεται σωστά στις μετρήσεις, ίσως χρειαστεί να αντικατασταθεί η μπαταρία. Για αντικατάσταση της μπαταρίας ανοίξτε το κάλυμμα του θερμομέτρου και αφαιρέστε το χρώμα που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία που πραγματοποιήσε μετρήθηκε και με το σημείο της πραγματοποίησης μετρήσης. Τα δικαιώματα του κορφαστή μπορούν να πωλήνουν από χώρα σε χώρα ή από κράτος σε κράτος.

DUAL COMFORT

Anatomik Dijital Termometre

Dual Comfort, çocuklarda rektal (makattan) ve koltuk altı ateş ölçümü için özel olarak tasarlanmış ilk Chicco termometresidir. Sonda yenilikçi anatomik şekli, ateşin konforlu, hızlı ve güvenli olarak ölçülmesine olanak sağlar.

Dikkat: Uyarıları ve kullanım yönternelerini dikkatle okuyunuzun ve ileride referans olması için saklayınız.

BAŞLICA ÖZELLİKLER

- **ANATOMİK ŞEKİL:** termometrenin koltuk altında doğru konumlandırılmasını kolaylaştırmak ve rektal yöntemde kullanıldığında ise, sondanın çok derin yerleştirilmesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
- **KISA VE ESNEK SONDA:** Konforlu ve güvenli bir ölçüm için.
- **2'Sİ 1 ARADA ÇOKLU KULLANIM:** Rektal (15 saniye) ve koltuk altı (1-2 dakika) ölçüm yapılması için özel olarak tasarlanmıştır.
- **FEVER CHECK (ATEŞ KONTROLÜ):** Ölçülen sıcaklık ve ölçüm yerine göre renk değişiminden led çubuk sayesinde basit ve seçilmiş okuma:

	36°C	37,6°C	38,5°C	42°C
REKTAL	YEŞİL	TURUNCU	KIRMIZI	
	96,8°C	99,7°C	101,3°C	107,6°F
	36°C	37,1°C	38°C	42°C
KOLTUK ALTI	YEŞİL	TURUNCU	KIRMIZI	
	96,8°C	98,8°C	100,4°C	107,6°F

DİĞER ÖZELLİKLER

- Fever Alarm (Ateş Alarmı): Olası ateşli olma durumunu bildirmek için sesli sinyal
- Ölçüm sonu sesli sinyali
- LCD dijital ekran
- Yaklaşık 3 dakika boyunca kullanılmama sonrasında otomatik kapanma
- Son ölçümün hafızaya kayıt edilmesi
- Pil dahil

UYARILAR

- Ilk kullanımın önce ve her ölçümden sonra sondayı uygun dezenfektan solüsyonlar ile emdirilmiş silak bir bez ile temizleyiniz ve sanitize ediniz.
- Waterproof (Su geçirmez) değildir. Termometre içine su veya başka sıvıların girmesinden kaçınınız
- Termometreyi çocukların erişemeyecekleri ve güvenli bir yerde saklayınız, bu bir oyuncak değildir. Ateş ölçümü esnasında çocuğu asla yalnız bırakmayınız.
- Termometrenin içindeki küçük parçalar (piller, vb.) çocuklar tarafından yutulabilir.
- Termometre sadece vücut sıcaklığının ölçümü için kullanılmalıdır.
- Termometreyi darbelere karşı koruyunuz.
- Termometreyi 60°C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmasından kaçınınız.
- Şüphe veya ateşin yüksekmesi halinde, doktora başvurunuz.
- Termometre oda sıcaklığında, kuru bir yerde, su kaynaklarından uzak ve direkt güneş ışınlarından korunarak saklanmalıdır.
- Güçlü elektromanyetik alanlar termometrenin doğru çalışmasını etkileyebilir.

Ateşin doğru ölçüldüğünden emin olmak için aşağıdaki talimatları uygulayınız:

ÖLÇÜM YAPILACAK YERİN SEÇİLMESİ

Ölçüm yapılacak yeri seçmek için (rektal veya koltuk altı), termometreyi açmadan önce, çocuğu ikon resmi yanıp sönmeye başlayana ve sesli bir sinyal verilene kadar yaklaşık 3 saniye ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonunun basılı tutulması gerekir. Bu süre boyunca ve ölçüm yeriniı değiştirmek için sonraki 3 saniye içinde yeniden butona basınız. Ölçüm yeri aşağıdaki şekilde görüntüleniri:

Koltuk altı ölçümü	Rektal ölçümü
Kollar gövdeye yanıp söner	Bacaklar yanıp sönüyor

3 saniye geçtikten sonra, termometre kendini test etme prosedürüne girer ve otomatik olarak açılır.

NOT: Ilk kullanımda, ölçüm yeri değiştirilmemiş ölçüm yeri koltuk altıdır. Ölçüm yeri değiştirildikten sonra, yapılmış olan seçim sonraki ölçümler için hafızaya kayıt edilir. Ölçüm yerini yeniden değiştirmek için, daha önce tanımlanmış olan işlemin tekrarlanması gerekir.

AÇMA VE ATEŞİN ÖLÇÜLMESİ

Önemli Not: Ilk kullanımda pilin korunmuş film tabakasının çıkarılmış olduğundan emin olunuz.

Termometreyi açmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonuna basınız. Kısa bir sinyal termometrenin açıldığını bildirir. Ekran yanar ve yaklaşık 2 saniye boyunca butün simgeleri görüntüleyerek doğru işleldiğine dair kendini test eder. Ekran daha sonra sıfır ve ardından led çubuk, 3 renk arasında dönüşümlü olarak (yeşil, turuncu, kırmızı) yanar. Buton bırakıldıktan sonra display "L" harfini görüntüler ve çocuklu ikon resmi ve "C yeşil "F" simgesi yanıp söner; bu andan itibaren termometre ölçüm yapmaya hazırdır. Bu ekranda termometre ateş sıfırı olduğunuz konuma yerleştirilmesi gerekir. Cihazın kötü işlemesi durumunda, display ekranda "err" yazısı belirir ve termometre yaklaşık 1 dakika sonra, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonu elle en az 2 saniye basılı tutularak kapanmalıdır. Bu, aşırıtmalı bir hatadır.

Ölçüm süresi, ateşin ölçüldüğünüz vücut bölgesine göre değişir (rektal ölçümde 15 saniye, koltuk altından ölçümde 1-2 dakika). Sesli bir sinyal ölçümün yapılmış olduğunu belirtir, led çubuk yanar (10 saniye boyunca) ve "C veya "F simgesi ölçümleri sonucu ekranda belirir. Sesli sinyali almadan ölçümü sonlandırmayınız.

Termometreyi kapatmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonunu basılı tutunuz; ölçüm sonunda butona basılmazsa termometre yaklaşık 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

DOĞRU ÖLÇÜM YAPMAK İÇİN

Termometrenin doğru şekilde konumlandırılması, ateşin doğru olarak ölçülmesi açısından önemlidir.

Rektal ölçüm (özellikle çocuklar ve bebekler için uygundur): Termometreyi, çocuğun hareketsiz olmasına dikkat ederek ve çocuk sırt üstü pozisyonda iken, sondayı birkaç milimetre sokunuz. Direngle karşılaşırsanız, hiçbir zaman zorlamayınız ve ölçüme derhal son veriniz. **Koltuk altından ölçüm:** Koltuk altının kuru olduğunu kontrol ediniz. Termometrenin ucunu koltuk altının yeterince derine ezilmiş gibi olacak şekilde kolu kola vücuda doğru sıkıca kapatınız. Termometrenin ucunun koltuk altının tamamen temas ettiğinden emin olunuz; daha açık olabilir. Şüphe durumunda, ölçümü tekrarlayınız.

Yaklaşık sıcaklığın dış sıcaklığa göre daima biraz daha yüksek olduğunu (yaklaşık 0,5 °C veya 1,0 °F) unutmayınız.

°C/°F ÖLÇÜMÜN SEÇİLMESİ

Termometre ateşi şimdi Celsius (Santigrat) derece gerekse Fahrenheit derece olarak ölçebilir. Bir ölçümden diğerine geçmek için, termometre kapalı iken, açılış sırasında boyunca açma/kapama butonunu basılı tutunuz. İşlem sonunda display üzerinde seçilmiş olan ölçü birimi gözüktüğünde bırakınız. Butonu basılı tutmaya devam ettiğinizde ikon sonraki 3 saniye içinde yeniden butona basınız. 3 saniye geçtikten sonra, termometre kendini test etme prosedürüne girer ve otomatik olarak açılır.

NOT: Ilk kullanımda, ön değer olarak düzenlenmiş ölçek Celsius (Santigrat) derecedir. Ölçüm birimi değiştirildikten sonra, yapılmış olan seçim sonraki ölçümler için hafızaya kayıt edilir. Ölçme değerini yeniden değiştirmek için, daha önce tanımlanmış olan işlemin tekrarlanması gerekir.

HAFIZANIN OKUNMASI

Termometre açıldıktan ve kendini test etme işlemi tamamlandıktan sonra, son yapılmış olan ölçüm ve "M" ve "C veya "F" simgeleriyle birlikte yaklaşık 2 saniye boyunca görüntülenir. Bu süre içinde, ölçüm değeri ile birlikte ölçüm sona, yaklaşık olan seçim sonraki ölçümler için hafızaya kayıt edilir. Ölçme değeri yeniden değiştirmek için, daha önce tanımlanmış olan işlemin tekrarlanması gerekir.

PİL DEĞİŞTİRİLMESİ

Termometre, CR1632 tipi bir adet 3V düğme pil ile beslenir. Termometrenin kullandığı pil, 1.000 saatinden düşük uyarılmasına dikkat ediniz. Pil değiştirilmesi gerekliliği display üzerinde simgesi belirir. Termometre, pil bölmesinin emniyetli özel açılma mekanizmasına sahiptir. Pil değiştirmek için, bir madeni paranın yardımıyla 90° derece döndürerek pil bölmesini açınız. Tükenmiş pili çıkarınız ve yeni bir pil, artı (+) kutbu üstte gelecek şekilde sokunuz ve yerleştiriniz. Pil bölmesinin kapağını 45° derece saat akrebi yönünde döndürerek pil bölmesini kapatınız.

Tükenmiş piller, tatlandırıcı sonunda bulunan bilgilere göre, ayrıştırmalı özel çöp toplama kaplarına atılmalıdır; çevreye zarar vermeyiniz.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Termometre, alkol veya dezenfektan solüsyonlar ile emdirilmiş bir parça pamuk kullanılarak temizlenebilir. Termometre yıkanmamalı veya daldırılmamalıdır son kısmı daldırılarak TEMİZLENMEZ.

Aşla abrasif deterjanlar, solventler veya benzeri kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip: Vücut sının ölçülmesi için termometre

Ölçüm aralığı:

34,0 °C - 42,9 °C (93,2°F- 109,2°F)

34,0°C / 93,2°F Altındaki Sıcaklık: "L"

42,9°C / 109,2°F Üzerindeki Sıcaklık: "H"

Ölçüm hassasiyeti: +/- 0,1°C (0,2 °F)

Display: Likit Kristal Display (LCD)

Minimum görüntüleme birimi 0.1°C (veya 0.1°F).

Kullanım şartları:

Ortam sıcaklığı: 10°C ÷ 35°C (50°F ÷ 95°F).

Nem %15 ile %85 arasında.

Saklama şartları:

Ortam sıcaklığı: -25°C ÷ +55°C (-13°F ÷ 131°F).

Nem %15 ile %85 arasında.

MDD93/42/EEC ve 2007/47/EC direktifine uygundur.

EN 12470-3:2000+A1:2009 standardına uygundur.

Klinik termometreler — bölüm 3: Sıcaklığın ölçülen en yüksek değerde kalmasını sağlayan bir tertibatla donatılmış kompakt elektrikli termometreler (uyarmasız ve uyarmalı) performansı

Uygulanan bölüm BF tipi

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Bu kısım, ürünün IEC 60601-1-2 standardına uygunluğuna ilişkin özel bilgileri kapsar. **60601-1-2:2007.**

1. Termometre yürürlükteki normlara uygun olarak üretilmiştir ve elektromanyetik uyumluluk konusunda tüm koruma ilkelerine uygundur; yine de EMC ile ilgili bazı özel önlemler alınması ve bu belgedeki EMC bilgilerine uygun olarak hizmete sunulması gerekildir.

2. portatif ve mobil radyokomünikasyon aletleri elektrikli tıbbi aletlerin çalışmasına zarar verebilir. Elektromanyetik rahatsızlıklar durumunda, alınan değerler şüpheli görünüyorsa ölçümün tekrarlanması önerilir. Termometre medikinicine. Vacts 3. Tıbbasınıkı k termometrem komitalnım istrefricinmuvarı ve elektromanyetik parazitlere karşı maksimum korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin Kılavuz ve beyanı – elektromanyetik yayınlar

Chicco Dijç Express pediyatrik termometresinin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda ongözülmüştür. Müşteri ya da termometrenin kullanıcısının bu ortamlarda kullanılacağını kontrol etmelidir.

Emisyon deneyi	Uygunluk	Kılavuz: elektromanyetik ortam
RF CISPR11 Emisyonları	Grup 1	Chicco Dijç Express pediyatrik termometre sadece dahili çalışmada RF enerji kullanır. Bu nedenle RF yayınları da çok düşük olup yakınlarda bulunan diğer elektronik aletlere hiçbir etkileri olmaz.
RF CISPR11 Emisyonları	Sınıf B	Termometre, ev ortamı ve ev amaçlı kullanım için ve konutlarda kullanılmaya uygundur

GARANTI

Termometre satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süre ile kusurlu malzeme kullanımı veya işçilik hatalarına karşı garanti altındadır. Garanti, sadece kullanım kılavuzunda belirtilen normal kullanım koşulları için geçerlidir. Garanti uygunsuz kullanımlardan doğabilecek hasarları kapsamaz.

Garanti süresinde tamir işlemleri yapılmak için, termometre satın alma makbuzu ile birlikte (satın alma makbuzunun ibraz etmek zorunludur) satıcınıza geri gönderilmelidir. Bu garanti satın alanın hukuki haklarını etkilemez. Müşterinin hakları ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

DUAL COMFORT

Termometr cyfrowy dwuanatomiczny

Dual Comfort – jest pierwszy dziecięcy termometr Chicco, specjalnie zaprojektowany dla pomiaru temperatury w pachwinie oraz w podpachwinie. Innowacyjny anatomiczny kształt końcówki pomiarowej pozwala na bezpieczne wykonywanie pomiarów nie tylko w podpachwinie, ale również w przypadku pomiaru temperatury w odbycie.

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

GŁÓWNE CECHY

- **ANATOMICZNY KSZTAŁT** końcówki pomiarowej ułatwia prawidłowe umieszczenie termometru w pachwinie oraz zapobiega zbyt głębokiemu włożeniu końcówki podczas pomiaru w odbycie;
- **KRÓTKA I ELASTYCZNA KOŃCÓWKA POMIAROWA** zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas